

T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22/F HASTABAŞI ALIM İLANI

Hastanemiz Satınalma Birimince aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler satın alınacaktır. Aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teklif verilmesini rica ederim.

Prof. Dr. İlhami ÇELİK
Başhekim

Teklif Tarihi : **21.04.2021**
Teklif Saati : **17:00**
Servis : **GÖĞÜS HAST. YB.**
Hasta Adı : **ORHAN DOĞAN**
Doktor Adı : **Doç. Dr. Mehmet YAŞAR**

İhtiyaç Listesi

Sıra	Malın / İşin Adı	Açıklama	Birim	Miktar
1	OR2560 BOYU AYARLANABİLİR KAFLI ÇELİK SİRALLİ TRAKEOSTOMİ	OR2560	ADET	1
2	OR2560 BOYU AYARLANABİLİR KAFLI ÇELİK SİRALLİ TRAKEOSTOMİ	OR2560	ADET	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

E-Posta: sehirhastanesi38@gmail.com

Telefon: 0352 315 77 00 / 6784

- NOT:**
- 1) AMELİYATTA KULLANILAN MALZEMELERE AİT FATURALAR EN GEÇ 2 (İKİ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE HASTANEMİZE TESLİM EDİLECEKTİR.
 - 2) TEKLİFLER STERİLİZASYON ÜCRETİ DAHİL OLARAK VERİLECEKTİR.
 - 3) TEKLİFLERDE HASTA ADI, ÜRÜN SUT KODU, ÜRÜN MARKASI, UBB BARKOD NUMARASI, FİRMA TANIMLAYICI NO, FİRMA KAŞE VE İMZASI BULUNACAKTIR.

**BOYU AYARLANABİLİR, KAFLI, ÇELİK SİRALLİ
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SUT KODU : OR2560

1. Doku dostu yüksek biyouyumlu medikal sınıf PVC den üretilmiş ve kimyasal yumuşatıcı kullanılmamış olmalıdır.
2. basınç altında deformasyonu önlemek için metal spiralle güçlendirilmiş olmalıdır.
3. Kaf yapısı, yüksek hacim, düşük basınç ince yapılı olmalıdır.
4. Ayarlanabilir ve hareketli boyun plakası ve esnek boyun plakası kanatçıkları olmalıdır.
5. Boyun plakası ayarı ergonomik ve güvenli bas-sürükle tipinde bir anahtarla yapılmalıdır.
6. 5 cm' ye kadar boyu kısaltılabilmelidir.
7. Ayarın tam olarak yapılabilmesi için tüp üzerinde ölçüm skalası görülebilir şekilde olmalıdır.
8. 15 mm konektörlü olmalıdır.
9. Hasta üzerinde de kodu ve boyunun rahatça görülebilmesi için kanül detayları görülebilir alanda baskılı olmalıdır.
10. Kanül numarası iç ve dış çap, uzunluk bilgilerinin kolayca okunabilecek şekilde boyun plakasında basılı olmalıdır.
11. Trakeyi zedelemekten düzgün yuvarlatılmış obturatörü olmalıdır.
12. Boynu tahriş etmeyen geniş ve yumuşak boyun bağı olmalıdır.
13. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
14. Kanül uzun süreli kullanımlık olmalıdır.
15. Kanül kullanımını gösterir açıklayıcı Türkçe kullanım klavuzu içermelidir.
16. Sağlık Bakanlığında onaylı UBB numarası bulunmalıdır.


Doç. Dr. Mehmet YAŞAR
K.B.B. Eğitim Görevlisi
Dip. Tes. No : 131326
Kayseri Şehir Hastanesi


Op. Dr. Altan KAYA
KBB Uzmanı
Dip. Tes. No: 134022
Kayseri Şehir Hastanesi


Doç. Dr. Ali BAYRAM
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 131398
Kayseri Şehir Hastanesi